


機械器具 (43) 医療用つち
一般医療機器: つち JMDN: 11947010

ケイセイハンマー

【形状・構造及び原理等】

1. 材料
 - ① アルミニウム合金
 - ② フッ素樹脂
2. 形状、構造
 - 1) 代表例



- 2) 種類
形成ハンマー
- 3) 包装
1本入り

3. 原理
ヘッド部を他の器具の柄に打撃を与えることで、骨などの硬組織の切断又は輪郭研削を行う。

【使用目的又は効果】

1. ハンドル、軸及びヘッドからなる器具で、骨などの硬組織の切断又は輪郭研削等を円滑に行うために、他の器具の補助器具として用いる。

【使用方法等】

1. 本品のハンドル部を手で持ち、ヘッド部を他の器具の柄に打撃を与えることで、骨などの硬組織の切断又は輪郭研削を行う。
2. 本品は未滅菌ですので、使用前に必ず洗浄、滅菌を行ってください。【保守・点検に係る事項】参照

【使用上の注意】

重要な基本的注意

1. 先端を損傷したり、硬いものに接触させたりして変形や損傷が生じると、器具・器械の寿命を著しく低下させます。
2. 使用中に変形や損傷を発見したり、異常を感じた際には、直ちに本品の使用を中止すること。

【保管方法及び有効期間等】

1. 腐食、変色等を防ぐため、保管前に本品を必ず乾燥させること。
2. 高温・多湿、水漏れや直射日光を避け、塵やほこりのない清潔な場所に保管すること。

【保守・点検に係る事項】

1. 洗浄、滅菌
 - ① 使用後は速やかに洗浄を行ってください。
 - ② 取り外せるものは取り外し、そうでないものは可動部をよく動かしながら洗浄してください。
 - ③ 洗浄の際、目の粗い磨き粉や、金属ウールで本品の表面を磨かないでください。【器具表面が損傷し腐食の原因となるため】
 - ④ 洗浄や滅菌に使用する水は、蒸留水か脱塩した水を使用してください。【一般の水道水等に含まれる残留塩素や有機物質が器具表面の腐食や変色発生の原因となるため】
 - ⑤ 酸やアルカリの強い洗剤の使用は避け、中性の洗剤をご使用ください。

- ⑥ 超音波洗浄の際にはメーカー指定の適正な洗剤を使用し、家庭用洗剤は使用しないでください。
 - ⑦ 洗浄後は十分に乾燥させ、湿った状態で放置しないでください。
 - ⑧ 腐食の原因となるため、汚れが残った状態での滅菌、消毒はしないでください。
 - ⑨ 滅菌は高圧蒸気滅菌(推奨:121℃20分又は134℃5分)又はEOG滅菌でおこなってください。
2. 点検
洗浄後、使用前後には、汚れや変形、損傷等がないことを確認してください。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

 ケイセイ医科工業株式会社

〒959-0261 新潟県燕市吉田鴻巣 96
Tel:0256-92-3582